



**QATEST 3**

**TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG**  
**TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3**  
**QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3**



ISO/IEC 17025:2017

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 E-mail: info@qatest3.com.vn Website: www.qatest3.com.vn  
Testing Complex: No. 7, road No.1, Bien Hoa 1 LZ, Dong Nai, Vietnam C5 lot, K1 road, Cai Lai LZ, Dist.2, HCMC, Vietnam 64 Le Hong Phong, Dist.5, HCMC, Vietnam

KT3-0587BDD1/1

**GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN**  
**CERTIFICATE OF CALIBRATION**  
Số giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ/ Service License N°: DK 03

17/05/2021  
Page: 01/02

1. Phương tiện đo: **THƯỚC CẤP**  
*Object* **DIGITAL CALIPER**

2. Nơi sản xuất: **H + P**  
*Manufacturer*

3. Kiểu: **N/A** SN: 0587BDD1/1 ID: N/A  
*Type*

4. Đặc trưng kỹ thuật: **Phạm vi đo/Range: 150 mm**  
*Specifications* **- Độ phân giải/Resolution: 0,01 mm**

5. Khách hàng: **CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KING POWER**  
*Customer* **74 Đường 14, KDC Hồng Long, Tổ 13, Khu Phố 4, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh**

6. Nơi hiệu chuẩn: **TRUNG TÂM KỸ THUẬT 3/QATEST 3**  
*Place of Calibration* **7 Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Đồng Nai**

7. Phương pháp hiệu chuẩn: **QTHC/KT3 061:2018 - Thước cặp - Quy trình hiệu chuẩn**  
*Method of Calibration* **Calipers - Calibration Procedure**

8. Chuẩn sử dụng/Standards Used:

ID	Description	Traceable to	Cal. Date	Due Date
DDI551	Gage Blocks	METAS-SWISS	05/2021	05/2023
DDI1790	Gage Blocks	METAS-SWISS	05/2021	05/2023
DD6007	Caliper Checker	METAS-SWISS	05/2020	05/2022
DDI519	Pin Gage Set	METAS-SWISS	06/2016	06/2021

9. Môi trường hiệu chuẩn/Calibration Environment: **[20 ± 1] °C** **[50 ± 5] %RH**

10. Hiệu chỉnh phương tiện đo/Adjustment: **Không/No**

11. Ngày hiệu chuẩn/Date of Calibration: **14/05/2021**

12. Tem hiệu chuẩn/Calibration Label: **KT3-0587BDD1/1**

13. Ngày hiệu chuẩn lại theo yêu cầu của khách hàng: **14/05/2022**  
*Recalibration Date as Request of Customer*

**TRƯỞNG PDL ĐỘ DÀI**

**HEAD OF LENGTH MEAS. LAB.**

*Mue*

**Huỳnh Thị Thu Vân**



**TL. GIÁM ĐỐC/PP. DIRECTOR**

**TRƯỞNG PHÒNG ĐO LƯỜNG**

**HEAD OF MEASUREMENT LAB.**

**Nguyễn Anh Triết**

- Giấy chứng nhận hiệu chuẩn này thể hiện việc liên kết chuẩn đến chuẩn quốc gia, với đơn vị đo tuân thủ theo hệ đơn vị đo quốc tế SI.
- Độ không đảm bảo do mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phần bù chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
- Không được trích sao một phần giấy chứng nhận hiệu chuẩn này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
- Mọi thắc mắc về giấy chứng nhận hiệu chuẩn, khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@qatest3.com.vn và ra.m@qatest3.com.vn để biết thêm thông tin.

Please contact QATEST 3 at the email addresses dh.cs@qatest3.com.vn and ra.m@qatest3.com.vn for further information about certificate of calibration